

CALENDARIO DE ENSAYOS DE APTITUD 2021

CÓDIGO	FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE ENVIO DE PROTOCOLO	FECHA DE INICIO DEL ENSAYO	FECHA DE ENVIO DEL INFORME	COSTO
UMCI-CPEA-001 /2021 Ensayo de Aptitud en la calibración de pipeta de pistón. VOLUMEN	Concluido	Concluido	Concluido	2021-07-21	2.200.000
UMCI-CPEA-002 /2021 Ensayo de Aptitud en la calibración de termohigrómetro digital. TERMOMETRIA	2021-07-16	2021-07-30	2021-08-19	2021-09-24	2.200.000
UMCI-CPEA-003 /2021 Ensayo de Aptitud en la calibración Multímetro. ELECTRICIDAD	2021-09-01	2021-09-16	2021-10-04	2021-11-24	2.200.000
UMCI-CPEA-004 /2021 Ensayo de Aptitud en la calibración de calibre digital. LONGITUD	2021-09-16	2021-10-04	2021-10-18	2021-11-26	2.200.000

Para inscripción descargue el FORMULARIO, una vez completo enviar a ensayosaptitud@intn.gov.py, Diana Cantero

CALENDARIO DE ENSAYOS DE APTITUD 2021

CÓDIGO	UMCI-CPEA-001 /2021
DESCRIPCIÓN	Calibración de pipeta de pistón.
ÍTEM DE ENSAYO DE APTITUD	Pipeta de pistón de volumen fijo
ALCANCE	1000 µL
PUNTOS DE CALIBRACIÓN	1000 µL
TEMPERATURA DE REFERENCIA	20 °C

CÓDIGO	UMCI-CPEA-002 /2021	
DESCRIPCIÓN	Calibración de Termohigrómetro digital	
EQUIPO	Termohigrómetro digital	
RESOLUCIÓN	0, 1 % Hr; 0,1 °C	
PUNTOS DE CALIBRACIÓN	HUMEDAD RELATIVA A 20 °C	
	Punto 1	40 %
	Punto 2	60 %
	Punto 3	80 %
	HUMEDAD RELATIVA A 25 °C	
	Punto 1	40 %
	Punto 2	60 %
	Punto 3	80 %
	TEMPERATURA	
	Punto 1	20 °C
	Punto 2	25 °C

CALENDARIO DE ENSAYOS DE APTITUD 2021

CÓDIGO	UMCI-CPEA-003 /2021.	
DESCRIPCIÓN	Calibración de multímetro digital.	
ÍTEM DE ENSAYO DE APTITUD	Multímetro digital.	
EXACTITUD	3 ^{1/2} dígitos.	
PUNTOS DE CALIBRACIÓN	MAGNITUD: TENSIÓN CONTÍNUA	
	Punto 1	1 V
	Punto 2	30 V
	Punto 3	100 V
	MAGNITUD: TENSIÓN ALTERNA A 50 Hz	
	Punto 1	1 V
	Punto 2	30 V
	Punto 3	100 V
	MAGNITUD: CORRIENTE CONTÍNUA	
	Punto 1	1 A
	Punto 2	3 A
	Punto 3	8 A
	MAGNITUD: CORRIENTE ALTERNA A 50 Hz	
	Punto 1	1 A
	Punto 2	3 A
	Punto 3	8 A
	MAGNITUD: RESISTENCIA	
	Punto 1	10 Ω
	Punto 2	1 k Ω
	Punto 3	100 k Ω

CALENDARIO DE ENSAYOS DE APTITUD 2021

CÓDIGO	UMCI-CPEA-004 /2021	
DESCRIPCIÓN	Calibración de calibre digital.	
ÍTEM DE ENSAYO DE APTITUD	Calibre digital	
RANGO	(0 a 150) mm	
RESOLUCIÓN	0,01 mm	
PUNTOS DE CALIBRACIÓN	Punto 1	0 mm
	Punto 2	2,5 mm
	Punto 3	7,7 mm
	Punto 4	15 mm
	Punto 5	25 mm
	Punto 6	41,3 mm
	Punto 7	50 mm
	Punto 8	75 mm
	Punto 9	100 mm
	Punto 10	131,4 mm
	Punto 11	150 mm